



制药采购招标信息表

制药采购招标信息表									
序号	物资名称	规格型号	数量/盒	品牌	单价（含税）	金额/元	付款方式	交货期	备注
1	药品稳定性试验箱	1000	1						
合计报价						0	大写金额：		
交货地点：		浙江省台州温岭市城东街道百丈北路 28 号							
备注：		遵守现行招标投标管理制度，认真按照招投标信息进行报价和确认。							

投标公司:

代 理 人:

日 期: 年 月 日

技术附件：

药品稳定性试验箱（SYW-1000C-A）技术指标



- 1. 外形尺寸（W·D·H）：1200×710×1900mm
- 2. 内胆尺寸（W·D·H）：1120×595×1380mm
- 3. 公称容积：1000L
- 4. 控温范围：5℃～60℃
- 5. 温度波动度：±0.3℃
- 6. 温度均匀度：±0.6℃
- 7. 温度偏差：±0.8℃
- 8. 控湿范围：20%RH～95%RH
- 9. 湿度波动度：±1.5%RH
- 10. 湿度均匀度：±1.5%RH（即 3.0%RH）
- 11. 湿度偏差：±1.5%RH
- 12. 加热功率（最大）：700W
- 13. 压缩机功率（额定）：1/3HP
- 14. 循环风功率（额定）：3×21W
- 13. 加湿功率（额定）：35W
- 14. 电源：AC50HZ 220V±10%
- 15. 能耗参考值：

工作点	40℃/75%RH	30℃/65%RH	25℃/60%RH	20℃/40%RH
-----	-----------	-----------	-----------	-----------

24 小时 能耗	2. 3KW/h	2. 5KW/h	2. 9KW/h	3. 2KW/h
-------------	----------	----------	----------	----------

- 16. 使用环境：温度 10℃～35℃，湿度 85%RH 以下，无腐蚀性气体场合。
- 17. 关门后自动上锁
- 18. 配备温湿度打印机
- 19. 配备远程报警器